

Rédaction :

S. DOS SANTOS (Cadre de Santé)
C. LETELLIER (Chef de service)

Vérification

(assurance qualité) :
M. QUERE (Ingénieur qualité)

Validation (expertise) :

Approbation :

E. GUILLEMAIN (Directrice
Coordinatrice des Soins)
C. LETELLIER (Chef de service)

S'assurer de l'identité du patient (par une question ouverte)

Prélèvement sanguin

Porter des **gants** non stériles.

Désinfecter largement le site de ponction.

Ne jamais palper le site après désinfection.

Utiliser le **garrot** uniquement pour faire saillir la veine.

Relâcher le garrot dès que le sang s'écoule dans le 1^{er} tube.

Choix du site de ponction : Ne jamais prélever sur le bras qui est perfusé.

Ordre de prélèvement

Recommandations CLSI (NCCLS), déc. 2007 Doc. H3-A6 et GEHT 2007

AVEC UNE **AIGUILLE** (ponction franche)



AVEC UNE **UNITÉ A AILETTES**



• Sans hémoculture



Ne pas remplacer par un tube sec

Veiller au bon remplissage des tubes. Les tubes citratés (bleu) doivent impérativement être remplis jusqu'à la marque (ni plus, ni moins).

Homogénéiser les tubes par 8 à 10 retournements lents.

Identifier les tubes.

Identifier le prélèvement (étiquette patient)

- au moment du prélèvement
- par la personne l'ayant réalisé

Sur le bon :

Coller l'étiquette patient et l'étiquette UF

Cocher les cases correspondant aux examens demandés au bic noir

Noter

- les date et heure de prélèvement
- l'identité du prescripteur
- l'identité du préleveur
- les renseignements cliniques nécessaires

Sachets

Sachet de transport adapté et bien fermé:

ROUGE (prélèvements urgents sur Bon commun)

TRANSPARENT (Bon commun et Autoimmunité Biomol)

VERT (Gaz du sang)

JAUNE (Bactériologie Hygiène)

VIOLET (Envois extérieurs)

BLEU (EFS)

1 BON = 1 SACHET

